

30 de mayo, 2016

## ENMIENDA No 02

### RESPUESTAS A CONSULTAS

#### A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**LPI No. OCI-LPI-01/2016.** “Adquisición de Equipos y Materiales de Laboratorios de Ciencias para 32 Centros”

- 1. Plazo de ejecución / Tiempo de entrega:** Según la Lista de Bienes, Plan de Entrega y listado de Centros Educativos para dotación de Laboratorios de Ciencias, el Plazo máximo de entrega para algunos ítems son 60 días a partir de la firma del Contrato. Sin embargo, para los oferentes extranjeros ese plazo resulta insuficiente (operativamente) y excluyente de esta licitación, por cuanto: - La producción de algunos ítems requiere tiempos de manufactura de hasta 6 semanas por sus múltiples componentes y configuración; - Al tiempo de producción hay que añadir el tiempo de transporte marítimo de los ítems de mucho peso y volumen (como las vitrinas para almacenaje), que no se pueden transportar vía área, lo cual son otros 35 días más aprox. (según el país de origen y disponibilidad de salida de embarques); - A lo anterior se le añade el lapso posterior para la liberación de aduanas y el tiempo para la distribución (transporte interno) a cada uno de los 32 centros educativos de destino final en República Dominicana. En conformidad con los lineamientos comúnmente establecidos por el BID para que las condiciones sean equitativas para todos los oferentes nacionales e internacionales, modestamente solicitamos: La ampliación del plazo para la entrega de los bienes y el cumplimiento de los servicios conexos a 120 días a partir de la firma definitiva del contrato por ambas partes. Favor tener en cuenta que para otras Licitaciones del BID en la región se enmendó el plazo otorgado en correcta consideración de los argumentos previamente indicados.

**RESPUESTA:** Por la urgencia de este proceso y el inicio del año escolar, no podemos extender el plazo para entrega de los equipos licitados.

- 2. Precio y Forma de Pago:** En la Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato se indica la cláusula CGC 16.1 de Pago al Proveedor, cuya forma y condiciones previstas no reconocen completamente todas las cargas adicionales que deben asumir los oferentes extranjeros para bienes a ser importados, respecto a proveedores locales, lo cual les da una ventaja a estos últimos que el BID no aprueba. Los oferentes extranjeros deben asumir no solo el costo de producción, sino también el transporte internacional, los trámites de aduana en el país de destino, la entrega a los sitios finales y los servicios conexos, lo cual significa mucha prefinanciación que asume el oferente (y por ende un riesgo financiero considerable sin un respaldo de pago) por lo que las condiciones actuales

prácticamente descalifican a los oferentes extranjeros interesados. En virtud de la igualdad y la transparencia que buscan los proyectos financiados por el BID se solicita la aceptación de las condiciones de pago a continuación que han sido de común aplicación en los proyectos del BID en la región: (i) Anticipo: El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato; (ii) Al embarcar los bienes: El ochenta por ciento (80%) del precio de los bienes embarcados se pagará mediante una carta de crédito irrevocable, confirmada, abierta a favor del Proveedor en un banco de su país, contra la presentación de la copia simple de la documentación de embarque; (iii) Al recibir los bienes: El diez por ciento (10%) del precio del Contrato de los bienes recibidos se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un Acta de aceptación emitido por el Comprador. La opción de que la parte del contrato al embarcar los bienes se pague mediante carta de crédito ofrece respaldo a todas las empresas; resultando en más competencia y ofertas, y por consiguiente, en mejores precios para el proyecto.

**RESPUESTA:** Se mantienen condiciones de pago indicadas en el pliego.

3. Por otra parte, en las IAO 14.6 se indica que “Además del precio CIP especificado en la cláusula 14.6 (b) (i) de las IAO, el precio de los Bienes de origen fuera del país del Comprador deberá ser cotizado: CIP + derechos aduaneros + impuestos de importación y venta.” Sin embargo, los proyectos del BID en la región están exentos del pago de impuestos locales como el de importación y venta. En licitaciones públicas internacionales no se justifica aplicar impuestos nacionales porque la fuente de financiamiento es externa. Esto significaría que habría dinero del préstamo del BID fluyendo hacia el sistema fiscal de República Dominicana. Las políticas de adquisiciones del BID y la normativa de los procedimientos usuales del BID no avalan este tipo de cargas porque pueden resultar en una preferencia hacia ciertas empresas y ayudarles a tener los mejores precios, contradiciendo las políticas de equidad y transparencia del BID. Las licitaciones internacionales no pueden contener cláusulas que en los hechos otorguen ventajas a las empresas a partir de la aplicación de leyes nacionales. Conforme al artículo 17.3 de las Condiciones Generales del Contrato: “El Comprador interpondrá sus mejores oficios para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones, o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Comprador. Por Proveedor se debe entender tanto nacional como extranjero. Por lo tanto, amablemente les solicitamos confirmar que se otorgará una exoneración total de TODOS los impuestos de importación y ventas, timbres, aranceles, etc., en conformidad con todos los proyectos del BID en la región.

**RESPUESTA:** esta institución no está facultada para otorgar excepciones de impuestos, en lo general todo contratista que ofrezca un servicio o venta de bienes debe cumplir con sus obligaciones según las leyes tributarias de la República Dominicana.

4. **Documentos a incluir en la oferta: Favor confirmar que para los oferentes extranjeros: Las copias en los incisos 1, 2, 3 y 4 deben ser autenticadas por Notario Público del país del Oferente y certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana o por el Consultado de República Dominicana en el país del Oferente o apostillado según corresponda, solo en caso de que dicho oferente resulte adjudicado.**

**RESPUESTA: Solo el Contratista que resulte adjudicado.**

5. **Item 66 Phmetro digital: Solicitan equipos portátiles o de mesa.**

**RESPUESTA:** Los equipos son 4 unidades por laboratorio, tres son fijos y uno portátil. Portátil: Display LCD. Rango: 0,0 a 14,0 pH. Precisión  $\pm 0,1$  Ph. Dimensiones: 150x30x24 mm. Suministrado en caja. Batería alcalina 3 x 1,5 V. duración estimada batería: 700 horas. Sobremesa: Diseño compacto, soporte de vaso y electrodo incorporado, con sensor de temperatura y agitador.

6. **Item 81 Guantes: ¿Qué tipo de guantes requieren?**

**RESPUESTA:** Dos tipos de guantes, uno guante de goma resistente al calor y frío. Superficie tachonada, para poder sujetar, botes, vasos...etc. Soporta temperaturas de hasta 250 ° C. Para adaptarse a cualquier tamaño de mano. 4 unidades por laboratorio. y 4 pares de guantes de hule natural (látex) con forro interno sin costura

7. **Item 82 Duchas lavaojos: Se solicitan duchas con manguera normalizada de 10 m, debido a que las duchas requieren una presión mínima para su óptima operación, la longitud máxima de las mangueras debe ser de 12 pies (3.7 m). Favor revisar la longitud solicitada (10 m).**

**RESPUESTA:** Lavaojos de pared, con manguera de longitud de 2 a 4 metros. Con tapa anti polvo.

8. **Item 96 Aparato de expansión: Los equipos de expansión, similares a los solicitados, deben incluir un termómetro.**

**RESPUESTA:** Incluir termómetro.

9. **Item 126 Lámpara de magnesio. Este equipo está discontinuado.**

**RESPUESTA:** No ofertar. Dado que en el ítem 125 se solicita una lámpara de sodio.

10. **Item 144 Estufa (Hot plate) y agitador: ¿Cuáles son las dimensiones del plato de cerámica, del equipo, volumen, temperatura máximas, rpm...etc.?**

**RESPUESTA:** Con tope de superficie de porcelana. Temperatura máxima en plato de 400°C. RPM 100-2000. Dimensiones plato aprox.: 190x190 mm. Volumen superior a 4,2L. Dimensiones aprox.: 325x190x125 mm. Con accesorios incluidos: varilla, pinza para sujeción de electrodos, termómetro e imán de agitación.

**11. Item 35 y 145, Balanza monoplato y triple brazo: Dado que son balanzas similares, favor confirmar si hay que ofertar los dos ítems.**

**RESPUESTA:** Suministrar únicamente Item 35.

**12. Los equipos y materiales para los laboratorios de ciencia están divididos en 4 lotes, combinados de una manera muy particular que complica innecesariamente el suministro, la instalación, entrenamiento y servicio postventa. Proponemos que estos 4 lotes se consoliden en 1 lote para mantener la integridad del laboratorio, así como la eficiencia/efectividad de las operaciones del MINERD. Otra opción es agrupar en dos lotes: Uno correspondiente a Laboratorio de Química y Biología y otro al Laboratorio de Física.**

**RESPUESTA:** Se mantienen las condiciones establecidas en el pliego.

**13. En relación a las unidades totales a entregar por cada ítem y, dado que son 32 escuelas, favor, confirmar-**

**RESPUESTA:** Ver cantidades de cada ítem en ENMIENDA anexa.

**14. En el acápite de Experiencia y Capacidad Técnica solicita: IAO 11.1 (h) Fotocopia de al menos dos (2) contratos y/u órdenes de compra de bienes iguales a los ofertados por montos iguales o superiores al (70%) del monto ofertado de cada lote, como evidencia de que el oferente ha vendido durante los últimos cinco (5) años. El monto exigido es muy alto y solamente lo pueden cumplir las grandes empresas internacionales, las compras de este tipo equipos en el país son por montos menores, ya que el MINERD no estaba comprando. Le pedimos bajar este monto a un 30-40% del monto total ofertado.**

**RESPUESTA:** Fotocopia de al menos dos (2) contratos, facturas y/u órdenes de compra de bienes iguales a los ofertados que el oferente ha vendido en los últimos cinco (5) años por montos iguales o superiores al cuarenta por ciento (40%) del monto ofertado.

**15. En el pliego, se solicitan los siguientes documentos y requerimientos para el Lote 1, que deberían ser requeridos para todos los lotes relacionados con el suministro de equipos para laboratorios de ciencia y TIC:**

- *Autorización del Fabricante. Aplica solamente para el Lote 1. Pag. 29.*
- **IAO 18.3:** El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: Mínimo dos (2) años *Aplica solamente para el Lote 1.*
- **IAO 19.1:** “Se requieren” Servicios posteriores a la venta. *Capacitación en el uso de los equipos. Aplica solamente al Lote 1.*

**RESPUESTA:** Para todos los ítems, se requiere Autorización de Fabricante y el periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efecto de repuestos es: Mínimo de dos (2) años. El oferente deberá impartir una capacitación al personal que haya sido seleccionado previamente por el MINERD para el uso y manejo del material de laboratorio Química y Biología, y Física.

**16. En el IAO 21.1 se indica: La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Favor aclarar si la misma debe incluir alguna de garantía.**

**RESPUESTA:** Se mantienen condiciones de pago indicadas en el pliego

**17. Para mejor evaluación de los equipos ofertados entendemos que se hace necesario la presentación de muestras de los mismos.**

**RESPUESTA:** RESPUESTA: Microscopio alumno, Esteromicroscopio alumno, PH metro portátil, PH metro fijo, Ducha lavaojos, Discos de color de Newton, Cubeta de ondas, Panel de montaje, Set de 6 tubos espectrales, Fuente de alimentación para tubos espectrales, Lámpara de Na + fuente, hot plate y agitador, y Equipo de mecánica.

**18. En los equipos TIC están solicitando un TV y un proyector, entendemos que para un máximo aprovechamiento del uso del sería conveniente sustituir el TV por una Pizarra digital, ya que la misma permite interactuar directamente con el computador.**

**RESPUESTA:** Se mantienen condiciones indicadas en el pliego.

**19. En la Pag. 132, Sección de Condiciones Generales del Contrato especifica lo siguiente: GCC 18.3 Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: Una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento. Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá estar denominada en “una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. Favor especificar cuál es el tipo de garantía solicitada, ¿Bancaria o Fianza?**

**RESPUESTA:** Se requiere Garantía Bancaria.

**20. CANTIDADES: En relación a las unidades totales a entregar por cada ítem y, dado que son 32 escuelas, favor, confirmar que todas las cantidades son múltiples de 32.**

**RESPUESTA:** Ver lista de bienes en el pliego.

**21. EQUIPOS TIC: notamos que solicitan un proyector y una televisión. Actualmente se utilizan una Pizarra Digital con el proyector para así interactuar con el computador desde la pizarra.**

**RESPUESTA:** Se mantienen las condiciones indicadas en el pliego

**22. Item 66 Phmetro digital: Favor especificar tipos de PH metros solicitados.**

**RESPUESTA:** Los equipos son 4 unidades por laboratorio, tres son fijos y uno portátil. Portátil: Display LCD. Rango: 0,0 a 14,0 pH. Precisión  $\pm 0,1$  Ph. Dimensiones: 150x30x24 mm. Suministrado en caja. Batería alcalina 3 x 1,5 V. duración estimada batería: 700 horas. Sobremesa: Diseño compacto, soporte de vaso y electrodo incorporado, con sensor de temperatura y agitador.

**23. LOTES: Los equipos de los laboratorios de ciencia se dividen en cuatro lotes que mezclan las categorías y complican la Logística del suministro y servicio. Recomendamos unificar en un lote que aglutine: Lote 1 Equipo de Laboratorio, Lote 2 Materiales de Laboratorio, Lote 3 Cristalería, y Lote 4 Material y Equipo Didáctico.**

**RESPUESTA:** Se mantienen las condiciones indicadas en el pliego

**24. EXPERIENCIA: En el acápite de Experiencia y Capacidad Técnica solicita: IAO 11.1 (h). El monto de los contratos requerido es muy alto para empresas nacionales y PYMES, Solamente lo pueden cumplir las grandes empresas internacionales. Le pedimos bajar este monto a un 30% del monto total ofertado.**

**RESPUESTA:** Fotocopia de al menos dos (2) contratos, facturas y/o órdenes de compra de bienes iguales a los ofertados que el oferente ha vendido en los últimos cinco (5) años por montos iguales o superiores al cuarenta por ciento (40%) del monto ofertado.

**25. En el IAO 21.1 se indica: La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Favor aclarar si la misma debe incluir algún tipo de garantía.**

**RESPUESTA:** Solo la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

**26. MUESTRAS: Favor indicar si se hay que presentar muestras de los equipos para verificar la calidad, y asegurar una evaluación adecuada.**

**RESPUESTA:** Microscopio alumno, Esteromicroscopio alumno, PH metro portátil, PH metro fijo, Ducha lavavojos, Discos de color de Newton, Cubeta de ondas, Panel de montaje, Set de 6 tubos espectrales, Fuente de alimentación para tubos espectrales, Lámpara de Na + fuente, hot plate y agitador, y Equipo de mecánica.

**27. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, GCC 18.3: Garantía de Cumplimiento: Favor especificar cuál es el tipo de garantía solicitada, ¿Bancaria o Fianza?**

**RESPUESTA:** Se requiere Garantía Bancaria.

**28. Item 81 Guantes: Favor indicar especificaciones de los guantes.**

**RESPUESTA:** Dos tipos de guantes, uno guante de goma resistente al calor y frío. Superficie tachonada, para poder sujetar, botes, vasos...etc. Soporta temperaturas de hasta 250 ° C. Para adaptarse a cualquier tamaño de mano. 4 unidades por laboratorio. y 4 pares de guantes de hule natural (látex) con forro interno sin costura

**29. Item 126 Lámpara de magnesio. Este equipo está descontinuado.**

**RESPUESTA:** No ofertar. Dado que en el ítem 125 se solicita una lámpara de sodio.

**30. Item 144 Estufa (Hot plate) y agitador. No se especifican dimensiones del plato de cerámica del equipo, y parámetros como temperatura máxima volumen, rpm entre otras.**

**RESPUESTA:** Con tope de superficie de porcelana. Temperatura máxima en plato de 400°C. RPM 100-2000. Dimensiones plato aprox.: 190x190 mm. Volumen superior a 4,2L. Dimensiones aprox.: 325x190x125 mm. Con accesorios incluidos: varilla, pinza para sujeción de electrodos, termómetro e imán de agitación.

**31. ¿Se requiere capacitación para todos los equipos de laboratorio?**

**RESPUESTA:** El oferente deberá impartir una capacitación al personal que haya sido seleccionado previamente por el MINERD para el uso y manejo del material de laboratorio Química y Biología, y Física.

**32. Vitrinas: Solicitud de aclaraciones sobre tipo de madera, vidrio, medidas y otros elementos:**

**RESPUESTA:** Ver especificaciones enmienda 1 publicada.

**33. Podrían aclarar porque están solicitando un proyector y a la vez una TV Smart, cuál sería la función del TV?**

**RESPUESTA: RESPUESTA:** Se mantienen condiciones indicadas en el pliego.

**34. Especificar la garantía y servicio post venta de los equipos**

**RESPUESTA:** ver datos de la licitación (IAO 18.3 / IAO 18.3)

**35. Los equipos solicitados pueden deben ser nuevos o pueden ser Refurbished.**

**RESPUESTA:** Todos los equipos deben ser nuevos

**36. En la configuración del proyector, entendemos que está debería incluir tipo USB**

**RESPUESTA:** A su consideración